

pH計

P104-P (レンタル専用品)

本機は河川、湖沼、ダム貯水池、地下水、浄水場、下水処理場等のpH（水素イオン濃度）を、センサを水没させて測定する計測器です。野外での使用を標準としており、乾電池駆動、液晶表示、センサ耐水圧0.3MPa（水深30m相当）、補助ロープ不要の特殊強化ケーブルの設計、製作となっております。



機器仕様

(1) 測定項目

項目	測定方式	測定範囲	精度 (以内)	最小表示
pH	固定電解液電極	1~14	±0.2	0.1

(2) センサ外形形状 (材質・寸法・重量)

- ・ガラス及びPOM樹脂製 ・φ40×255mm ・W0.7kg

(3) 表示器外形形状 (材質・寸法・重量・表示)

- ・鉄製ハンディ型ケース ・262×170×94mm ・W2.5kg ・デジタルLCD表示

(4) ケーブル

- ・25m、50、75、100m品有 (最大200mまで延長可能) ・W約3.0kg (25m)

(5) 電源

- ・DC6V (単二乾電池4本)

(6) 商品構成

- ・表示器・センサ・ケーブル・単二乾電池4本・校正用ミニドライバー

摘要

- ・本機のセンサは、水没での利用及び電解質の少ない溪流河川等での観測を可能とするため固形電解液搭載方式のpHセンサを使用しています。連続使用で6~12ヶ月毎に電解液も含めた先端電極部の交換が必要です。
- ・センサにプリアンプ内蔵方式を採用のため、ケーブルが長くても高精度です。
- ・オプションで、pHのアナログ出力 (0~1V) 端子および外部電源入力 (DC12V) 端子取付可能です。
- ・本機にはデータの記録/時計機能はありません。



株式会社 東建エンジニアリング
TOHKEN ENGINEERING CO., LTD.

<https://www.tohkeneng.jp>

2019.12.(1)



東建 E web 別冊

お求め・ご相談先

大宮本社 〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町 1-36-1

TEL 048-657-3518

FAX 048-644-8820

名古屋本社 〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山 2-11-3

TEL 052-324-8181

FAX 052-526-8191

九州サービスセンター 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 3-20-27-204

TEL 092-437-4577

FAX 092-437-4588

記載内容は予告なく変更することがありますので予めご了承ください